



ISTRUZIONI PER L'USO

EDGEONE FIRE GLIDEPATH™ Fire-Wire™ trattate termicamente

Uso previsto

Le lime e gli alesatori endodontici sono strumenti chirurgici monouso utilizzati per eseguire il trattamento canale, per sagomare e preparare meccanicamente i canali radicolari durante la terapia endodontica o per rimuovere il materiale di otturazione del canale radicolare quando si esegue il ritrattamento. Il dispositivo è concepito per essere sterile e monouso.

Utilizzatori previsti

Il dispositivo è concepito per essere usato da uno specialista di trattamenti dentali o endodontici formato in tecniche endodontiche. Non è richiesta alcuna formazione aggiuntiva per l'uso sicuro del dispositivo da parte del medico curante.

Popolazione di pazienti prevista

Popolazione adolescente e adulta. Persone con denti permanenti che necessitano di pulpectomia endodontica.

COMPOSIZIONE

Lo strumento è costituito da lama in nichel-titanio, manico, fermo e banda colorata.

Controindicazioni

- Gli strumenti endodontici azionati meccanicamente non devono essere usati in casi con curvature molto difficili e nascoste.
- Questo prodotto contiene nichel e non deve essere usato in soggetti con allergia nota a questo metallo.

Avvertenze

- Le lime endodontiche sono concepite solo come monouso per evitarne la separazione.
- Il prodotto non è stato concepito né testato per il riutilizzo. La capacità di pulire e risterilizzare in modo efficace questo dispositivo monouso e il successivo riutilizzo possono influire negativamente sulle prestazioni cliniche, sulla sicurezza e/o sulla sterilità del dispositivo.
- Le lime endodontiche sono affilate e occorre prestare attenzione in caso di contatto diretto con la lama.
- Dopo l'uso, questo prodotto può costituire un potenziale rischio biologico. Manipolare e smaltire in conformità con la prassi medica accettata e con le leggi e le normative locali, statali e federali applicabili.
- Se la confezione è danneggiata, smaltire il prodotto danneggiato e utilizzare piuttosto un prodotto non danneggiato, poiché il primo potrebbe essere contaminato.

Precauzioni per l'uso

Come con tutti i prodotti, prestare attenzione finché non si raggiunge una certa esperienza nell'utilizzo. Per usare correttamente le lime endodontiche, determinare sempre la lunghezza di lavoro usando radiografie e/o un localizzatore di apice. Punti importanti da ricordare:

- Deve essere usato un sistema di contenimento in gomma.
- Utilizzare solo in un motore elettrico e in un manipolo concepiti per lime endodontiche (rotanti/alternative).

EDGEONE FIRE GLIDEPATH™ Fire-Wire™ trattate termicamente Lime alternative endodontiche NiTi

- Un accesso dritto è imperativo per il corretto utilizzo di una lima e ai fini del trattamento endodontico.
- Non forzare le lime nei canali, utilizzare la minima pressione apicale.
- Pulire le scanalature di frequente e almeno dopo la rimozione delle lime dal canale.
- Irrigare e lubrificare il canale di frequente durante la procedura.
- Portare ogni lima alla lunghezza solo una volta e per non più di un secondo.
- In aree apicali e canali curvi prestare attenzione.
- Una lima usata non può essere riutilizzata. Se la lima viene riutilizzata e usata su un paziente diverso, è possibile trasmettere infezioni. Anche le prestazioni della lima possono essere ridotte.
- Durante la strumentazione del canale, non ingrandire la parte coronale del canale.
- Una lima troppo grande portata alla lunghezza accresce il rischio di trasporto del canale e di separazione della lima.
- Non superare la coppia o la velocità massime consigliate per il manipolo. Il superamento delle impostazioni può causare il malfunzionamento del dispositivo.
- Le lime endodontiche sono sottoposte al nostro trattamento termico di ricottura formando le nostre Fire-Wire™ NiTi che accrescono la resistenza alla fatica ciclica e la forza di coppia. Con questo processo brevettato, le lime possono essere leggermente curve. Questo non è un difetto di produzione. Anche se la lima può essere facilmente raddrizzata con le dita, non è necessario farlo una volta che si trova all'interno del canale; le lime endodontiche trattate termicamente seguiranno e si adatteranno all'anatomia e alle curvature naturali del canale.
- Non usare dopo la data di scadenza sull'etichetta.

Reazioni avverse

- Frattura/rottura del dispositivo
- Le complicazioni solitamente associate alle procedure endodontiche includono:
 - Dolore
 - Frattura/rottura dello strumento
 - Danneggiamento/sanguinamento del tessuto molle
- Infezioni – Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta, a causa del potenziale rischio di infezioni.

Svolgere in modo sicuro

- Come funzione di sicurezza, le lime sono concepite per essere distese. Possono essere usate fino a quando le lime sono distese all'indietro.

ISTRUZIONI PER L'USO

Sterilizzazione

Non sono necessarie fasi di sterilizzazione per il prodotto fornito sterile.

EdgeOneFire GlidePath™

- Lime di sagomatura dal canale.
- Eseguire un movimento alternativo esercitando una leggera pressione apicale.

DFU-SEOFGP-ITA Rev A 08/23



- Eseguire un movimento delicato verso l'interno e verso l'esterno, con brevi colpi verso l'alto e verso il basso, per far avanzare passivamente le lime di sagomatura EdgeCoil GlidePath™ e Sagomatura.
- Rimuovere la lima EdgeOneFire GlidePath™ e Sagomatura se non avanzano facilmente. Pulire e ispezionare le scanalature di taglio, quindi irrigare, ricapitolare con una lima #10 e irrigare di nuovo.
- Le lime EdgeOneFire GlidePath™ e Sagomatura possono apparire come leggermente curve. Questo non è un difetto di produzione. Non è necessario raddrizzare la lima prima dell'uso. Una volta all'interno del canale, le lime seguono le naturali curvature del canale.
- Prima di utilizzare la lima EdgeOneFire GlidePath™, esplorare il canale con lime manuali, almeno fino a una lima K #10 con un lubrificante come EdgeLube®.

ISTRUZIONI PASSO-PASSO

Valutazione radiografica:

Esaminare diverse radiografie con angolazione orizzontale per determinare diagnosticamente la larghezza, la lunghezza e la curvatura di un determinato canale radicolare.

Preparazione dell'accesso:

Creare un accesso dritto al foro o ai fori canalari, con particolare attenzione alla svasatura, all'appiattimento e alla rifinitura delle pareti interne.

Tecnica della lima EdgeOneFire GlidePath™:

1. Preparare l'accesso dritto al foro del canale.
2. In presenza di EdgeLube™, esplorare il canale verso l'alto con una lima manuale #10.
3. Determinare la lunghezza di lavoro con l'ausilio di una radiografia pre-operatoria e di un localizzatore di apice.
4. Irrigare con EdgeLube™.
5. Con una leggera pressione verso l'interno, lasciare che la lima EdgeOneFire GlidePath™ avanzi passivamente nel canale. Utilizzare la lima EdgeOneFire GlidePath™ in uno o più passaggi fino a raggiungere l'intera lunghezza di lavoro.
6. Irrigare, ricapitolare e irrigare di nuovo.
7. Riconfermare la lunghezza di lavoro, prima di sagomare il canale con le lime di sagomatura EdgeCoil™ Fire.

Tecnica delle lime di sagomatura:

1. Stabilire l'accesso dritto coronale.
2. In presenza di EdgeLube™, utilizzare una lima manuale #10 per verificare il percorso di discesa alla lunghezza.
3. Espandere questo percorso di discesa ad almeno 0,15 mm utilizzando una lima manuale o una lima meccanica, come la lima EdgeFind™ o EdgeOneFire GlidePath™.
4. Iniziare la procedura di sagomatura con la lima di sagomatura in presenza di EdgeLube™.
5. Esercitare una leggera pressione verso l'interno e lasciare che la lima avanzi passivamente. Dopo aver sagomato 2-3 mm di un determinato canale, rimuovere e pulire la lima, quindi irrigare, ricapitolare con una lima manuale #10 e irrigare di nuovo.
6. Continuare con la lima di sagomatura, in 2-3 passaggi, per allargare i due terzi coronali del canale.

EDGEONE FIRE GLIDE PATH™ Fire-Wire™ trattate termicamente Lime alternative endodontiche NiTi

7. Eseguire un movimento di spazzolamento in uscita per eliminare le interferenze coronali o per migliorare la sagomatura.
8. Nei canali più restrittivi, utilizzare una lima manuale #10, in presenza di EdgeLube™, fino alla fine del canale. Lavorare delicatamente la lima fino a quando non risulta completamente allentata in lunghezza.
9. Stabilire la lunghezza di lavoro, confermare la pervietà e verificare il percorso di discesa.
10. Espandere questo percorso di discesa ad almeno 0,15 mm utilizzando una lima manuale o meccanica.
11. Portare la lima di sagomatura all'intera lunghezza di lavoro in uno o più passaggi. Una volta raggiunta la lunghezza, rimuovere la lima, ispezionare le scanalature apicali; se sono caricate di frammenti dentinali, la sagomatura è terminata*.
12. Se la lima di sagomatura non avanza, riutilizzare la lima EdgeOneFire GlidePath™ e portarla a 1,0 mm oltre la lunghezza di lavoro. Quindi portare la lima di sagomatura alla lunghezza di lavoro.
13. Quando la sagomatura è confermata, procedere con la disinfezione.
14. Dopo aver sterilizzato il canale, utilizzare il sigillante EdgeBioCeramic™ per riempire il canale, quindi posizionare la guttaperca più grande o il supporto termico adatto alla lunghezza.

Impostazioni motore

Usare lo stesso manipolo con le stesse impostazioni di velocità e di coppia del proprio sistema rotante O se lo si desidera, si possono utilizzare tutte le lime alternate **EDGEONE FIRE GLIDE PATH™** con la velocità e l'impostazione della coppia che seguono:

- Velocità: 300-500 GPM
- Coppia: 300 gcm

Disinfezione

- Dopo aver completamente sagomato ciascun canale, sciacquare i canali per 1 minuto con liquido EDTA al 17% per rimuovere il fango dentinale del canale.
- Sciacquare i canali per 5 minuti con una soluzione NaOCl al 5% per rimuovere detriti e batteri.
- Sciacquare i canali per 1 minuto con liquido EDTA al 17% per eliminare la soluzione NaOCl al 5%.
- Sciacquare i canali per 5 minuti con clorexidina al 2% o soluzione EDTA per uccidere i batteri.

Otturazione dei sistemi canalari

- Quando si utilizza un sistema di trasporto termico, utilizzare verificatori di dimensione per determinare le corrette dimensioni del trasportatore.
- Quando si usa un cono di guttaperca principale che corrisponde alla lima più grande portata alla lunghezza, ricordarsi che può essere necessario ridurre le dimensioni della punta del cono se la guttaperca corrispondente alla lima rotante finale non raggiunge la lunghezza.

Smaltimento

- Smaltimento raccomandato delle lime: Mettere le lime usate in un contenitore per materiali taglienti a rischio biologico.

Segnalazione di incidenti al fabbricante e alle autorità competenti

- Nel caso in cui un paziente/utilizzatore si trovi ad affrontare un incidente grave, l'incidente, nella sua interezza, verrà segnalato ai seguenti soggetti:
 - Il fabbricante del dispositivo: US ENDODONTICS
 - L'autorità competente del Paese in cui risiede l'utilizzatore/il paziente

Tabella dei simboli

Simbolo	Significato (standard, se applicabile)
	Fabbricante: Indica il fabbricante del dispositivo medico (ISO 15223-1)
	Rappresentante autorizzato: Indica il rappresentante autorizzato nella UE
	Importatore: Indica l'ente che importa il dispositivo medico sul posto (ISO 15223-1)
	CE (Conformité Européene). Marchio UE obbligatorio per la conformità.
	Traduzione: Indica che le informazioni originali sono state tradotte e sostituite (ISO 15223-1)
	Dispositivo medico: Indica che l'articolo è un dispositivo medico (ISO 15223-1)
	Numero di catalogo: Indica il codice SKU del dispositivo medico (ISO 15223-1)
	Codice lotto: Codice lotto del fabbricante così il lotto può essere identificato (ISO 15223-1)
	Indica la data dopo cui il dispositivo medico non deve essere utilizzato (ISO 15223-1)
	Non riutilizzare: Indica che un dispositivo medico è concepito solo come monouso (ISO 15223-1)
	Non risterilizzare: Indica i dispositivi medici che non devono essere risterilizzati (ISO 15223-1)
	Dispositivo medico sterilizzato usando radiazioni e imballato con un singolo sistema di barriera sterile esterna (ISO 15223-1)
	Il dispositivo medico non deve essere utilizzato se la confezione è danneggiata e devono essere consultate le istruzioni per l'uso (ISO 15223-1)
	Consultare le istruzioni per l'uso: consultare le istruzioni per l'uso e il relativo sito Web (eIFU) in elenco (ISO 15223-1)
	Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo. Allineare le precauzioni (ISO 15223-1)
	Identificatore univoco del dispositivo: indica un supporto che contiene informazioni sull'identificazione unica dei dispositivi (ISO 15223-1)
	Data e Paese di fabbricazione: Per identificare il Paese di fabbricazione dei prodotti accanto alla data di fabbricazione (ISO 15223-1)
Rx ONLY	Uso solo su prescrizione medica: Attenzione: La legge federale limita la vendita di questo dispositivo a un dentista o su sua prescrizione (21CFR 801.109)